

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Processo nº: 0013/2026

Setor responsável: Engenharia Clínica

Data: 30/01/2026

Este processo reúne os documentos referentes à aquisição de **“Termômetros Axilar e Oxímetros de dedo”**, conforme descrito abaixo:

- Descritivo da solicitação (publicado no Portal da Transparência);
- Orçamentos comparativos de fornecedores/prestadores de serviço;
- Resultado da análise com a escolha do fornecedor/contratado, (publicado no Portal da Transparência);
- Nota Fiscal emitida após a execução do serviço ou fornecimento;
- Minuta ou cópia do contrato firmado.

A documentação visa garantir a transparência, rastreabilidade e conformidade com os procedimentos internos de contratação.

Responsável pela solicitação:

Goiânia, 30 de janeiro de 2026.



Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro de Controle
e Automação
CREA-SP: 5070920048

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro Clínico
Fundação PIO XII.
Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.



TERMO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 00013/2026

Entidade Solicitante:

Completo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.
4º Aditivo do Termo de Colaboração nº 3/2022.

Unidade Gerida:

Fundação PIO XII

Sector Responsável:

Departamento de Engenharia Clínica

CNPJ:

49.150.352/0046-14

Data da Emissão:

30/01/2026.

1) OBJETO:

Solicita-se a apresentação de proposta comercial para levantamento de preços, com vistas à aquisição futura de bens e/ou serviços, conforme especificação detalhada abaixo:

2) ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS/ SERVIÇOS:

Item:	Quantidade:	Unidade:	Descrição:
01	100	Unitário	Oxímetro de Dedo Infantil: Especificações Técnicas Parâmetros Monitorados - Saturação de Oxigênio (SpO₂) - Frequência Cardíaca (Pulso) Faixa de Medição SpO ₂ : - Faixa de medição: 70% a 100%

- Precisão: $\pm 2\%$ (entre 80% e 100%)

Frequência Cardíaca:

- Faixa: 30 a 250 bpm
- Precisão: ± 2 bpm ou $\pm 2\%$

Características Técnicas

- Equipamento portátil tipo clipe
- Exibição simultânea de:
- SpO_2
- Frequência cardíaca
- Operação com botão único
- Tempo de resposta inferior a 10 segundos

Alimentação

- Alimentação por 2 pilhas AAA
- Indicador de bateria fraca

Segurança e Certificações

- Registro ativo na ANVISA
- Certificação INMETRO

- Conformidade com normas de segurança elétrica IEC 60601-1
- Proteção contra interferência eletromagnética

-
- Garantia mínima de 12 meses



Termômetro Axilar:**Especificações Técnicas**

- Termômetro clínico digital eletrônico
- Visor digital em LCD de fácil leitura
- Uso corporal (axilar, oral e retal)
- Estrutura resistente e de fácil higienização
- Ponta lavável ou resistente à água
- Alarme sonoro ao término da medição
- Memória da última medição
- Desligamento automático

Desempenho Técnico

- Faixa de medição: 32,0°C a 42,9°C (ou faixa equivalente compatível para uso clínico)
- Precisão mínima: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ na faixa de 35,5°C a 42,0°C
- Tempo máximo de medição: até 60

segundos

- Indicação de bateria fraca

Alimentação

- Alimentação por bateria tipo botão ou equivalente
- Bateria inclusa no fornecimento

Segurança e Certificações

- Registro ou cadastro ativo na ANVISA
- Certificação vigente do INMETRO
- Conformidade com normas técnicas aplicáveis a equipamentos eletromédicos de medição de temperatura corporal
- Produto classificado como dispositivo médico de uso não invasivo

**Garantia mínima de 12 meses
contra defeitos de fabricação**

3) DADOS NECESSÁRIOS NA PROPOSTA:

- Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail de contato;
- Validade da proposta (mínimo 30 dias);
- Condições de pagamento e entrega;
- Valor unitário e total dos itens/serviços;
- Marca/fabricante dos produtos, quando aplicável;
- Informar se há disponibilização de comodato e/ou serviços agregados (manutenção, treinamento, etc.).
- Em caso de proposta eletrônica, apresentar assinatura digital ou confirmação de envio por representante autorizado.

4) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Esta solicitação de cotação visa exclusivamente a composição de preço estimativo;
- O recebimento desta solicitação não implica obrigatoriedade de aquisição por parte da instituição;
- A cotação será utilizada para instrução de processo formal de aquisição, conforme o Regulamento de Compras;
- Para validação do processo, deverão ser obtidas no mínimo três propostas comerciais válidas, exceto nas exceções previstas em regulamento.
- A instituição poderá entrar em contato para esclarecimentos adicionais.


5) PRAZO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS:

até 10/02/2026, para o e-mail: david.queiroz@cora.saude.go.gov.br

Atenciosamente,

Goiânia, 30/01/2026.





Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro de Controle
e Automação
CREA-SP: 5070920048

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro Clínico
Fundação PIO XII.
Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.

