

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Processo nº: 0015/2026

Setor responsável: Engenharia Clínica

Data: 12/02/2026

Este processo reúne os documentos referentes à aquisição de “**Venoscópio e dispositivo auxiliar de analgesia não farmacológico**”, conforme descrito abaixo:

- Descritivo da solicitação (publicado no Portal da Transparência);
- Orçamentos comparativos de fornecedores/prestadores de serviço;
- Resultado da análise com a escolha do fornecedor/contratado, (publicado no Portal da Transparência);
- Nota Fiscal emitida após a execução do serviço ou fornecimento;
- Minuta ou cópia do contrato firmado.

A documentação visa garantir a transparência, rastreabilidade e conformidade com os procedimentos internos de contratação.

Responsável pela solicitação:

Goiânia, 12 de fevereiro de 2026.



Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro de Controle
e Automação
CREA-SP: 5070920048

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro Clínico
Fundação PIO XII.

Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.



TERMO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 0015/2026

Entidade Solicitante:

Completo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.

4º Aditivo do Termo de Colaboração nº 3/2022.

Unidade Gerida:

Fundação PIO XII

Setor Responsável:

Departamento de Engenharia Clínica

CNPJ:

49.150.352/0046-14

Data da Emissão:

12/02/2026.

1) OBJETO:

Solicita-se a apresentação de proposta comercial para levantamento de preços, com vistas à aquisição futura de bens e/ou serviços, conforme especificação detalhada abaixo:

2) ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS/ SERVIÇOS:

Item:	Quantidade:	Unidade:	Descrição:
01	10	Unitário	<p>Venoscópio portátil</p> <p>Indicação de uso: dispositivo de visualização de rede venosa, auxílio na punção venosa periférica, coleta de sangue, inserção de cateter, aplicação de medicamentos injetáveis.</p> <p>Especificações técnicas mínimas:</p> <p>Dispositivo portátil, ergonômico e de fácil manuseio.</p> <p>Dispositivo com uso de luz com comprimento de onda na faixa do infravermelho próximo (NIR).</p> <p>Funcionamento por bateria, pilha ou carregador.</p>



			Dispositivo regularizado junto a ANVISA.
02	10	Unitário	<p>Dispositivo auxiliar de analgesia não farmacológico destinado à redução da dor.</p> <p>Indicação de uso: Vacinação, coleta de sangue, punção venosa periférica, inserção de cateter, aplicação de medicamentos injetáveis.</p> <p>Especificações técnicas mínimas: Dispositivo portátil, de uso externo, não invasivo. Sistema de vibração mecânica. Sistema acoplável de crioterapia reutilizável. Funcionamento por bateria ou pilha.</p> <p>Características Desejáveis: Sistema com design lúdico.</p>

3) DADOS NECESSÁRIOS NA PROPOSTA:

- Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail de contato;
- Validade da proposta (mínimo 30 dias);
- Condições de pagamento e entrega;
- Valor unitário e total dos itens/serviços;
- Marca/fabricante dos produtos, quando aplicável;
- Informar se há disponibilização de comodato e/ou serviços agregados (manutenção, treinamento, etc.).
- Em caso de proposta eletrônica, apresentar assinatura digital ou confirmação de envio por representante autorizado.

4) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:



- Esta solicitação de cotação visa exclusivamente a composição de preço estimativo;
- O recebimento desta solicitação não implica obrigatoriedade de aquisição por parte da instituição;
- A cotação será utilizada para instrução de processo formal de aquisição, conforme o Regulamento de Compras;
- Para validação do processo, deverão ser obtidas no mínimo três propostas comerciais válidas, exceto nas exceções previstas em regulamento.
- A instituição poderá entrar em contato para esclarecimentos adicionais.

5) PRAZO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS:

até 22/02/2026, para o e-mail: jullianna.castro@cora.saude.go.gov.br.

Atenciosamente,

Goiânia, 12 de fevereiro de 2026.



Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro de Controle
e Automação
CREA-SP: 5070920048

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro Clínico
Fundação PIO XII.

Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.

