

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Processo nº: 0020/2026

Setor responsável: Engenharia Clínica

Data: 24/02/2026

Este processo reúne os documentos referentes à aquisição de **“Umidificador Aquecido”**, conforme descrito abaixo:

- Descritivo da solicitação (publicado no Portal da Transparência);
- Orçamentos comparativos de fornecedores/prestadores de serviço;
- Resultado da análise com a escolha do fornecedor/contratado, (publicado no Portal da Transparência);
- Nota Fiscal emitida após a execução do serviço ou fornecimento;
- Minuta ou cópia do contrato firmado.

A documentação visa garantir a transparência, rastreabilidade e conformidade com os procedimentos internos de contratação.

Responsável pela solicitação:

Goiânia, 24 de fevereiro de 2026.



Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro de Controle
e Automação
CREA-SP: 5070920048

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro Clínico
Fundação PIO XII.
Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.



TERMO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 0020/2026

Entidade Solicitante:

Completo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.
4º Aditivo do Termo de Colaboração nº 3/2022.

Unidade Gerida:

Fundação PIO XII

Sector Responsável:

Departamento de Engenharia Clínica

CNPJ:

49.150.352/0046-14

Data da Emissão:

24/02/2026.

1) OBJETO:

Solicita-se a apresentação de proposta comercial para levantamento de preços, com vistas à aquisição futura de bens e/ou serviços, conforme especificação detalhada abaixo:

2) ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS/ SERVIÇOS:

Item:	Quantidade:	Unidade:	Descrição:
01	2	Unitário	Umificador Aquecido Especificações técnicas mínimas: 1. Descrição Geral • Equipamento destinado à umidificação e aquecimento de gases medicinais administrados a pacientes em terapia ventilatória.

- Sistema microprocessado com controle de temperatura.

2. Desempenho e Gerenciamento Térmico

- **Faixa de Ajuste:** Deve permitir o ajuste de temperatura de entrega de gases na faixa de **32 °C a 37 °C**.

3. Requisitos de Energia e Mobilidade

- **Alimentação Elétrica:** Equipamento **Bivolt automático (100–240 V)**, compatível com uso em modelos portáteis e redes hospitalares variadas.
- **Compatibilidade:** Deve permitir o acoplamento universal em pedestais de transporte ou trilhos de ventiladores pulmonares.

3) DADOS NECESSÁRIOS NA PROPOSTA:

- Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail de contato;
- Validade da proposta (mínimo 30 dias);

- Condições de pagamento e entrega;
- Valor unitário e total dos itens/serviços;
- Marca/fabricante dos produtos, quando aplicável;
- Informar se há disponibilização de comodato e/ou serviços agregados (manutenção, treinamento, etc.).
- Em caso de proposta eletrônica, apresentar assinatura digital ou confirmação de envio por representante autorizado.

4) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Esta solicitação de cotação visa exclusivamente a composição de preço estimativo;
- O recebimento desta solicitação não implica obrigatoriedade de aquisição por parte da instituição;
- A cotação será utilizada para instrução de processo formal de aquisição, conforme o Regulamento de Compras;
- Para validação do processo, deverão ser obtidas no mínimo três propostas comerciais válidas, exceto nas exceções previstas em regulamento.
- A instituição poderá entrar em contato para esclarecimentos adicionais.

5) PRAZO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS:

até 06/03/2026, para o e-mail: luis.estanislaui@cora.saude.go.gov.br

Atenciosamente,

Goiânia, 24 de fevereiro de 2026.



Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro de Controle
e Automação
CREA-SP: 5070920048

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro Clínico
Fundação PIO XII.





SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.

