

Goiânia, 13 de maio de 2026.

FUNDAÇÃO PIO XII

COMPLEXO ONCOLÓGICO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS – CORA.

EDITAL Nº 0053/2025

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES.**

A **Fundação Pio XII**, Organização Social Civil (OSC) gestora do **Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás - CORA** cujo CNPJ 49.150.352/0046-14, em Goiânia/GO, em razão do contrato de gestão referente ao 4º Aditivo do Termo de Colaboração nº 3/2022, firmado com a **Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO)**, nos termos do seu Regulamento de Compras e Contratação de Serviços, torna público o interesse na **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES.**

Os interessados para participar da cotação deverão enviar as propostas no e-mail: [jhuly.paula@cora.saude.go.gov.br](mailto:jhuly.paula@cora.saude.go.gov.br)

O prazo para cotação e/ou envio das propostas é do dia 13/05/2026 ao dia 25/06/2026.

**ESPECIFICAÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES.: ANEXO I**



Marco Aurélio dos Santos Leite  
Engenheiro de Controle  
e Automação  
CREA-SP: 5070920048

**Marco Aurélio dos Santos Leite**  
Engenheiro Clínico  
Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.

## ANEXO I

### 1) ESPECIFICAÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES:

Item:	Quantidade:	Descrição:
01	01	<p><b>Lanterna para Reflexo Pupilar</b> Lanterna clínica portátil tipo caneta, indicada para avaliação do reflexo pupilar</p> <p><b>Características:</b> Modelo de referência: Mini LED tipo caneta Material do corpo: Alumínio anodizado/resistente Tipo de iluminação: LED de alta luminosidade Cor da luz: Branca Alimentação: Pilhas tipo AAA Acionamento: Botão liga/desliga superior Formato: Tipo caneta com presilha metálica para bolso Estrutura: Leve, compacta e portátil Acabamento: Metálico resistente à corrosão e ao desgaste</p>
02	01	<p><b>Régua de Prisma Horizontal e Vertical</b> Régua prismática utilizada para avaliação e mensuração de desvios oculares em exames oftalmológicos e ortópticos.</p> <p><b>Características:</b> Tipo: Régua de prisma horizontal e vertical Finalidade: Medição de estrabismo e desvios oculares Material: Acrílico óptico/transparente de alta resistência Identificação numérica: Gravação permanente e de fácil visualização Acabamento: Superfície lisa, transparente e resistente a riscos Formato: Prismas sequenciais integrados em régua única</p>

## 2) DADOS NECESSÁRIOS NA PROPOSTA:

- Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail de contato;
- Validade da proposta (mínimo 30 dias);
- Condições de pagamento e entrega;
- Valor unitário e total dos itens/serviços;
- Marca/fabricante dos produtos, quando aplicável;
- Em caso de proposta eletrônica, apresentar assinatura digital ou confirmação de envio por representante autorizado.

## 3) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Esta solicitação de cotação visa exclusivamente a composição de preço estimativo;
- O recebimento desta solicitação não implica obrigatoriedade de aquisição por parte da instituição;
- A cotação será utilizada para instrução de processo formal de aquisição, conforme o Regulamento de Compras;
- Para validação do processo, deverão ser obtidas no mínimo três propostas comerciais válidas, exceto nas exceções previstas em regulamento.
- A instituição poderá entrar em contato para esclarecimentos adicionais.