Goiânia, 4 de março de 2026

FUNDAÇÃO PIO XII

COMPLEXO ONCOLÓGICO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS – CORA.

EDITAL Nº 0017/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES.

A **Fundação Pio XII**, Organização Social Civil (OSC) gestora do **Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás - CORA** cujo CNPJ 49.150.352/0046-14, em Goiânia/GO, em razão do contrato de gestão referente ao 4º Aditivo do Termo de Colaboração nº 3/2022, firmado com a **Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO)**, nos termos do seu Regulamento de Compras e Contratação de Serviços, torna público o interesse na **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES**.

Os interessados para participar da cotação deverão enviar as propostas no e-mail: luis.estanislau@cora.saude.go.gov.br

O prazo para cotação e/ou envio das propostas é do dia 04/03/2026 ao dia 26/03/2026.

ESPECIFICAÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES.: ANEXO I

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro de Controle
e Automação
CREA-SP: 5070920048

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro Clínico
Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.

ANEXO I

1) ESPECIFICAÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES:

Item:	Quantidade:	Descrição:
01	04	**Rabicho ECG 3 Vias** • Marca: O acessório deve ser original Nihon Kohden. • Deve suportar obrigatoriamente a monitorização simultânea de sinais de ECG e RESPIRAÇÃO. • Quantidade de Vias: 03 (três) vias. • Padrão de Cores: Identificação conforme norma IEC (Vermelho, Amarelo, Verde). • Tipo de Conexão: Terminal tipo garra (Clip).
02	08	**Rabicho ECG 6 vias** • Marca: O acessório deve ser original Nihon Kohden. • Deve suportar obrigatoriamente a monitorização simultânea de sinais de ECG e RESPIRAÇÃO. • Quantidade de Vias: 03 (três) vias. • Padrão de Cores: Identificação conforme norma IEC (Vermelho, Amarelo, Verde). • Tipo de Conexão: Terminal tipo garra (Clip).
03	02	**Pré-Cabo ECG** • Marca: O acessório deve ser original Nihon Kohden.

		• Deve permitir a transmissão de sinais para monitorização simultânea de ECG e RESPIRAÇÃO • Compatível com conjuntos de 03 ou 06 eletrodos (vias).
04	08	**Sensor de SPO2 Tipo Y** • Marca: O acessório deve ser original Nihon Kohden. • Deve suportar obrigatoriamente a monitorização contínua de Saturação de Oxigênio (SpO2) e Frequência de Pulso. • Sensor reutilizável, modelo tipo "Y" (multi-site). • Uso versátil em pacientes adultos, pediátricos e neonatais.
05		**Mangueira de Ar para Recém Nascidos** • Marca: O acessório deve ser original Nihon Kohden. • Deve permitir a condução de ar para aferição de pressão arterial não invasiva em modo neonatal. • Uso exclusivo em recém-nascidos (Neonatal). • Deve ser compatível com manguitos neonatais descartáveis da marca.
06	10	**Manguito PNI 5cm** • Marca: O acessório deve ser original Nihon Kohden. • Deve permitir a medição precisa da pressão arterial não invasiva (sistólica, diastólica e média). • Dimensões: Largura de 5 cm.

		• Indicado para braços com circunferência de 8 cm a 13 cm.
07	07	**Manguito PNI 10cm** • Marca: O acessório deve ser original Nihon Kohden. • Deve permitir a medição precisa da pressão arterial não invasiva (sistólica, diastólica e média) • Dimensões: Largura de 10 cm. • Indicado para braços com circunferência de 18 cm a 23 cm.

2) DADOS NECESSÁRIOS NA PROPOSTA:

- Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail de contato;
- Validade da proposta (mínimo 30 dias);
- Condições de pagamento e entrega;
- Valor unitário e total dos itens/serviços;
- Marca/fabricante dos produtos, quando aplicável;
- Em caso de proposta eletrônica, apresentar assinatura digital ou confirmação de envio por representante autorizado.

3) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Esta solicitação de cotação visa exclusivamente a composição de preço estimativo;
- O recebimento desta solicitação não implica obrigatoriedade de aquisição por parte da instituição;
- A cotação será utilizada para instrução de processo formal de aquisição, conforme o Regulamento de Compras;
- Para validação do processo, deverão ser obtidas no mínimo três propostas comerciais válidas, exceto nas exceções previstas em regulamento.
- A instituição poderá entrar em contato para esclarecimentos adicionais.