

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

Processo nº: 0021/2025

Setor responsável: Engenharia Clínica

Data: 14/05/2025

Este processo reúne os documentos referentes à contratação de **“Compra de aventais plumbíferos”**, conforme descrito abaixo:

- Descritivo da solicitação (publicado no Portal da Transparência);
- Orçamentos comparativos de fornecedores/prestadores de serviço;
- Resultado da análise com a escolha do fornecedor/contratado, (publicado no Portal da Transparência);
- Nota Fiscal emitida após a execução do serviço ou fornecimento;
- Minuta ou cópia do contrato firmado.

A documentação visa garantir a transparência, rastreabilidade e conformidade com os procedimentos internos de contratação.

Responsável pela solicitação:

Goiânia, 14 de maio de 2025.



Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro de Controle
e Automação
CREA-SP: 5070920048

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro Clínico
Fundação PIO XII.





SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.



TERMO DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 0021/2025

Entidade Solicitante:

Completo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.
3º Aditivo do Termo de Colaboração nº 3/2022.

Unidade Gerida:

Fundação PIO XII

Sector Responsável:

Departamento de Engenharia Clínica

CNPJ:

49.150.352/0046-14

Data da Emissão:

14/05/2025.

1) OBJETO:

Solicita-se a apresentação de proposta comercial para levantamento de preços, com vistas à aquisição futura de bens e/ou serviços, conforme especificação detalhada abaixo:

2) ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS/ SERVIÇOS:

Item:	Quantidade:	Unidade:	Descrição:
01	2	Unitário	Aventais Plumbíferos – 0,25 mm Pb - energia 140 kV Tamanho: M
02	1	Unitário	Avental Plumbífero – 0,25 mm Pb - energia 140 kV Tamanho: G
03	1	Unitário	Avental Plumbífero – 0,25 mm Pb - energia 140 kV Tamanho: INFANTIL M
04	1	Unitário	Avental Plumbífero – 0,25 mm Pb - energia 70 kV

Tamanho: M

05	1	Unitário	Aventais Plumbíferos – 0,25 mm Pb - energia 70 kV Tamanho: INFANTIL M
06	1	Unitário	Protetor de Gônadas Plumbífero – 0,25 mm Pb - energia 140 kV Tamanho: M
07	3	Unitário	Protetor de Tireóide Plumbífero – 0,25 mm Pb - energia 140 kV Tamanho: M
08	2	Unitário	Protetor de Tireóide Plumbífero – 0,25 mm Pb - energia 140 kV Tamanho: INFANTIL M
09	1	Unitário	Protetor de Tireóide Plumbífero – 0,25 mm Pb - energia 70 kV Tamanho: M
10	1	Unitário	Protetor de Tireóide Plumbífero – 0,25 mm Pb - energia 70 kV Tamanho: INFANTIL M
11	2	Unitário	Aventais Plumbíferos – 0,50mmPb frente e



			0,25mmPb costas - energia 140 kV
			Tamanho: P
12	5	Unitário	Aventais Plumbíferos – 0,50mmPb frente e 0,25mmPb costas - energia 140 kV
			Tamanho: M
13	2	Unitário	Aventais Plumbíferos – 0,50mmPb frente e 0,25mmPb costas - energia 140 kV
			Tamanho: G
14	9	Unitário	Protetor de Tireóide Plumbífero – 0,50mmPb - energia 140 kV
			Tamanho: M
15	4		Óculos plumbífero

3) DADOS NECESSÁRIOS NA PROPOSTA:

- Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail de contato;
- Validade da proposta (mínimo 30 dias);
- Condições de pagamento e entrega;
- Valor unitário e total dos itens/serviços;
- Marca/fabricante dos produtos, quando aplicável;



- Informar se há disponibilização de comodato e/ou serviços agregados (manutenção, treinamento, etc.).
- Em caso de proposta eletrônica, apresentar assinatura digital ou confirmação de envio por representante autorizado.

4) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Esta solicitação de cotação visa exclusivamente a composição de preço estimativo;
- O recebimento desta solicitação não implica obrigatoriedade de aquisição por parte da instituição;
- A cotação será utilizada para instrução de processo formal de aquisição, conforme o Regulamento de Compras;
- Para validação do processo, deverão ser obtidas no mínimo três propostas comerciais válidas, exceto nas exceções previstas em regulamento.
- A instituição poderá entrar em contato para esclarecimentos adicionais.

5) PRAZO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS:

até 19/05/2025, para o e-mail: marco.leite@cora.saude.go.gov.br

Atenciosamente,

Goiânia, 14 de maio de 2025.



Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro de Controle
e Automação
CREA-SP: 5070920048

Marco Aurélio dos Santos Leite
Engenheiro Clínico
Fundação PIO XII.
Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.

